

produkt firmy **AG-41 Aparat do oznaczania zawartości drobnych cząstek
Badanie bł. kitem metylowym.**

Zgodno z Norm : EN 933-9

Ukompletowanie przyrządu :

- mieszadło z wirnikiem o średnicy 75 mm i regulacją obrotów od 400 do 700 obr/min
- skalowana biureta z kranikiem o pojemności 50 ml i podziałce 0.1 ml.
- statyw z zaciskiem
- szklana pałeczka
- dyski filtracyjne
- bł. kit metylowy (100 g)
- kaolinit (500 g)
- plastikowa zlewka o pojemności 3000 ml

Zasilanie: 230 V, 50 Hz, jednofazowe

Gwarancja: 12 miesięcy

**Cennik:**

Nr kat.	Opis	Cena netto EUR
AG-41	Aparat do oznaczania zawartości drobnych cząstek bł. kitkiem metylowym	720,00

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są po kursie sprzedaży Banku PEKAO S.A. na dzień fakturowania.

Cena nie obejmuje kosztów transportu.

03.08.2017. C17-0 R35 T100